

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 9 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ (BỔ SUNG)

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Ung Bướu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu **Mua sắm vật tư tiêu hao cho Bệnh viện Ung Bướu năm 2023 - đợt 4** với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung Bướu.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

CV. Trần Thị Thanh Hà – SĐT: 0354 059 333

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư, trang thiết bị y tế, Số 03 đường Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

- Đồng thời, nhà cung cấp gửi file mềm qua địa chỉ email: phongvttb.bvub@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 21 tháng 09 năm 2023 đến trước 16h ngày 22 tháng 10 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 03 tháng 10 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục thiết bị y tế/linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

Bệnh viện Ung Bướu

Cơ sở 1: Số 03 đường Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Số 12 Đường 400, Khu phố 3, phường Tân Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý III năm 2023

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Không tạm ứng.
- Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày nghiệm thu và nhận đầy đủ hóa đơn, chứng từ.

GIÁM ĐỐC



BS. Phạm Xuân Dũng



PHỤ LỤC DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ

Đính kèm Yêu cầu báo giá (bổ sung) ngày 20 tháng 9 năm 2023

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính
1	Bộ bơm tiêm cho máy bơm tiêm cân quang tự động Optivantage dùng cho chụp CT	Sử dụng 1 lần, dùng cho máy bơm tiêm thuốc cân quang Optivantage 1 Bộ gồm: + 02 xilanh 200ml $\pm 2\%$ + 01 dây áp lực dài 150 cm $\pm 5\%$ có 2 van một chiều + 02 ống lấy thuốc Chất liệu: cao su tổng hợp PVC, polypropylene, polycarbonate, không latex hoặc tương đương	500	Bộ
2	Bộ Catheter đặt vào động mạch	Catheter động mạch bao gồm: - Catheter Polyurethane cân quang nhạy nhiệt 20G hoặc tương đương dài 4.5cm $\pm 5\%$ hoặc 8cm $\pm 5\%$, ống bọc ngoài đầu tip chống xoắn, chuyển tiếp giữa đầu catheter với dây dẫn, dây dẫn thẳng đầu tip dễ luồn vào catheter. - Dây dẫn đường 0.021"x 20cm $\pm 5\%$ - Kim dẫn thẳng 20Ga x 4cm $\pm 5\%$ - Bơm tiêm 2.5cc $\pm 2\%$	400	Bộ
3	Bộ dây dẫn truyền và theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn	Bộ gồm: 1 đoạn dây chiều dài 180cm $\pm 5\%$ và đoạn dây dài 150cm $\pm 5\%$, vật liệu PVC không DEHP và không latex hoặc tương đương. Khóa 4 ngã nguyên liệu Polycarbonate hoặc tương đương. Bộ truyền dịch không lỗ nguyên liệu PVC không DEHP dài 180cm $\pm 5\%$, buồng nhỏ giọt 60mm $\pm 2\%$, có màng lọc 15micron $\pm 2\%$, đầu nhọn 1 chiều. Tương thích với các loại monitor, dây cable	400	Bộ
4	Ống thông chụp chẩn đoán tạng có cấu tạo 3 lớp, đường kính 5Fr, chiều dài 65-100cm	Tiêu chuẩn chất lượng: CE	150	Cái
5	Kẹp mạch máu có khóa	Clip Polymer kẹp mạch máu có công nghệ khoá an toàn, có mấu chống trượt với chân bám 360 độ, gai dọc thân clip và cơ chế khoá đầu clip. Chất liệu polymer không tan hoặc tương đương, không làm ảnh hưởng đến CT, MRI, X-ray. Sử dụng được trong phẫu thuật với Robot. Kẹp mạch máu các cỡ: từ 2-7 mm $\pm 2\%$, từ 3-10 mm $\pm 2\%$, từ 5-13 mm $\pm 2\%$, từ 7-16mm $\pm 2\%$, tương đương Hem-o-lok, phù hợp với dụng cụ kẹp Clip hãng WECK (10MM) và GRENA - L VIOLET hoặc tương đương Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA	4.800	Cái