

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Ung Bướu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu **Mua bộ dụng cụ đo huyết áp động mạch xâm lấn cho khoa Cấp cứu** với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung Bướu.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

CV. Trần Thị Thanh Hà – SĐT: 0354 059 333

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư, trang thiết bị y tế, Số 03 đường Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

- Đồng thời, nhà cung cấp gửi file mềm qua địa chỉ email: phongvttb.bvub@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 14 tháng 12 năm 2023 đến trước 16h ngày 25 tháng 12 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục thiết bị y tế/linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính
1	Bộ Catheter đặt vào động mạch	Catheter động mạch bao gồm - Catheter Polyurethane cản quang nhạy nhiệt 20G hoặc tương đương dài 4.5cm ±5% hoặc 8cm ±5%, ống bọc ngoài đầu tip chống xoắn, chuyển tiếp giữa đầu catheter với dây dẫn, dây dẫn thẳng đầu tip dễ luồn vào catheter. - Dây dẫn đường 0.021" x 20cm ±5% - Kim dẫn thẳng 20Ga x 4cm ±5% - Bơm tiêm 2.5cc ±2%	130	Cái

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính
2	Bộ dây dẫn truyền và theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn	- Bộ gồm: 1 đoạn dây chiều dài 180cm \pm 5% và đoạn dây dài 150cm \pm 5%, vật liệu PVC không DEHP và không latex hoặc tương đương. Khóa 4 ngã nguyên liệu Polycarbonate hoặc tương đương. Bộ truyền dịch không lỗ nguyên liệu PVC không DEHP dài 180cm \pm 5%, buồng nhỏ giọt 60mm \pm 2%, có màng lọc 15micron \pm 2%, đầu nhọn 1 chiều. - Tương thích với các loại monitor, dây cable	130	Cái

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

Bệnh viện Ung Bướu

Cơ sở 1: Số 03 đường Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Số 12 Đường 400, Khu phố 3, phường Tân Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý IV năm 2023

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Không tạm ứng.

- Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày nghiệm thu và nhận đầy đủ hóa đơn, chứng

từ. ✓

GIÁM ĐỐC



BS. Phạm Xuân Dũng