

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2024

### YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Ung Bướu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu **Dịch vụ bảo trì hệ thống nước R.O 500 lít/giờ cho khoa Nội soi – siêu âm tại Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2** với nội dung cụ thể như sau:

#### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung Bướu.
  - Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: CV. Lê Quốc Anh Kiệt – số điện thoại: 0902 313 285
  - Cách thức tiếp nhận báo giá:
    - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư, trang thiết bị y tế, Số 03 đường Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
    - Đồng thời nhà cung cấp gửi qua email: phongvttb.bvub@gmail.com (file scan và file excel của Báo giá)
  - Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 04 tháng 01 năm 2024 đến trước 16h30 ngày 15 tháng 01 năm 2024
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2024

#### II. Nội dung yêu cầu báo giá

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch vụ theo bảng sau:

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ(*)	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Thông tin hệ thống: - Hệ thống xử lý nước R.O 500 lít/giờ - Model: VMLN500L - Số serial: VMLN052018001 - Hãng sản xuất: Viettromed - Năm sản xuất: 2018 - Xuất xứ: Việt Nam				



STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ(*)	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
1	Kiểm tra bảo trì hệ thống R.O 500 lít/ giờ (03 tháng/ lần)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra chất lượng nước nguồn đầu vào hệ thống.</li> <li>- Kiểm định nước R.O đầu ra sau mỗi lần bảo trì.</li> <li>- Kiểm tra chất lượng nước đang sử dụng</li> <li>- Kiểm tra, bảo trì hệ thống R.O</li> <li>- Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật bị sai lệch trên toàn bộ thiết bị</li> <li>- Sửa chữa khắc phục các hư hỏng nhỏ</li> </ul>	04	Lần	Bệnh viện Ung Bướu	365 ngày
2	Tẩy rửa khử khuẩn (03 tháng/ lần)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xả rửa bồn chứa nước thô</li> <li>- Tẩy rửa khử khuẩn bồn chứa nước R.O</li> <li>- Tẩy rửa khử khuẩn hệ thống đường ống cấp nước R.O</li> <li>- Tẩy rửa bằng hóa chất phù hợp đảm bảo chất lượng</li> <li>- Có thiết bị kiểm tra chất lượng tẩy rửa khử khuẩn</li> </ul>	04	Lần	Bệnh viện Ung Bướu	365 ngày
3	Thay lõi lọc (03 tháng/ lần)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay lõi lọc phù hợp với hệ thống R.O của bệnh viện</li> <li>- Số lượng lõi lọc: 01 lõi lọc cho mỗi lần thay.</li> </ul>	04	Lần	Bệnh viện Ung Bướu	365 ngày
4	Xét nghiệm mẫu nước (03 tháng/ lần)	Xét nghiệm mẫu nước định kỳ 03 tháng/lần	04	Lần	Bệnh viện Ung Bướu	365 ngày
5	Xúc rửa bằng muối NaCl hoặc tương đương	Số lượng muối NaCl hoặc tương đương: Phù hợp với hệ thống xử lý nước R.O và đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng theo quy định	48	Lần	Bệnh viện Ung Bướu	365 ngày

GIÁM ĐỐC



BS. Phạm Xuân Dũng