

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Ung Bướu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu **Bộ bơm tiêm cản quang cho khoa Chẩn đoán hình ảnh** với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung Bướu.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

CV. Trần Thị Thanh Hà – SĐT: 0354 059 333

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư, trang thiết bị y tế, Số 03 đường Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

- Đồng thời, nhà cung cấp gửi file mềm qua địa chỉ email: phongvttb.bvub@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 09. tháng 01. năm 2024 đến trước 16h ngày 19. tháng 01. năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 22. tháng 01. năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục thiết bị y tế/linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).

| STT | Danh mục | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng/ khối lượng | Đơn vị tính |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| 1 | Bộ bơm tiêm cản quang tương thích máy bơm tiêm cản quang tự động Optivantage hoặc tương đương | Tương thích máy bơm tiêm cản quang tự động Optivantage hoặc tương đương Một bộ gồm: 02 bơm tiêm 200ml bằng chất liệu PP trong suốt không chứa DEHP hoặc tương đương, đầu bọc cao su tổng hợp hoặc tương đương; 2 ống lấy thuốc nhanh chữ J bằng PE hoặc tương đương có đường kính | 100 | Bộ |

| STT | Danh mục | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng/ khối lượng | Đơn vị tính |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| | | <p>trong $3.95\text{mm} \pm 5\%$;</p> <p>1 dây nối áp lực cao chữ Y bằng PC và PVC hoặc tương đương dài 150cm $\pm 5\%$ có hai van một chiều, bộ dây nối có đường kính trong và ngoài lần lượt là $1.9\text{mm} \pm 2\%$ và $3.35\text{mm} \pm 2\%$.</p> <p>Tiết khuẩn bằng công nghệ E.O hoặc tương đương</p> <p>Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA</p> | | |

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

Bệnh viện Ung Bướu

Cơ sở 1: Số 03 đường Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Số 12 Đường 400, Khu phố 3, phường Tân Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý I năm 2024

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Không tạm ứng.

- Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày nghiệm thu và nhận đầy đủ hóa đơn, chứng

từ. ✓

GIÁM ĐỐC



BS. Phạm Xuân Dũng