

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2024

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Ung Bướu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu **Mua sắm phim X-quang cho Bệnh viện Ung Bướu năm 2024** với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung Bướu.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

CV. Trần Thị Thanh Hà – SĐT: 0354 059 333

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư, trang thiết bị y tế, Số 03 đường Nor Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

- Đồng thời, nhà cung cấp gửi file mềm qua địa chỉ email: phongvttb.bvub@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 13.. tháng 03.. năm 2024 đến trước 16h ngày 25.. tháng 03.. năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 26.. tháng 03.. năm 2024.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục thiết bị y tế/linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính
1	Phim X-Quang kỹ thuật số laser nhũ ảnh cỡ 8x10 inch, tương thích với máy in phim X-Quang của bệnh viện	Độ tương phản: $0.60 \pm 5\%$ và $2.00 \pm 5\%$ . Độ nhạy tối đa có thể in từ $3.50 \pm 5\%$ đến $4.15 \pm 5\%$ Phim cỡ 8x10 inch dùng trong chụp X-Quang tuyến vú Tương thích với máy in phim X-Quang của bệnh viện (quy cách khay phim: 125 tấm phim/khay) Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA	170.000	Tám



STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính
2	Phim X-Quang kỹ thuật số laser cỡ 10x12 inch, tương thích với máy in phim X-Quang của bệnh viện	Độ tương phản: $0.60 \pm 5\%$ và $2.00 \pm 5\%$ Độ nhạy tối đa có thể in từ $3.00 \pm 5\%$ đến $3.30 \pm 5\%$ Phim cỡ 10x12 inch sử dụng cho xạ trị áp sát 2D hoặc trong chụp X-Quang thông thường Tương thích với máy in phim X-Quang của bệnh viện (quy cách khay phim: 125 tấm phim/khay) Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA	150.000	Tấm
3	Phim X-Quang kỹ thuật số laser cỡ 14x17 inch, tương thích với máy in phim X-Quang của bệnh viện	Độ tương phản: $0.60 \pm 5\%$ và $2.00 \pm 5\%$ . Độ nhạy tối đa có thể in từ $3.00 \pm 5\%$ đến $3.30 \pm 5\%$ Phim cỡ 14x17 inch dùng trong chụp CT, MRI Tương thích với máy in phim X-Quang của bệnh viện (quy cách khay phim: 125 tấm phim/khay) Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA	250.000	Tấm

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

Bệnh viện Ung Bướu

Cơ sở 1: Số 03 đường Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Số 12 Đường 400, Khu phố 3, phường Tân Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 2024-2025

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Không tạm ứng.

- Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày nghiệm thu và nhận đầy đủ hóa đơn, chứng từ. 2

**GIÁM ĐỐC**



**BS. Phạm Xuân Dũng**