

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 8 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Ung Bướu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu **Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hệ thống nước R.O 1000 lít/giờ tại Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 1 năm 2025** với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung Bướu.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- CV. Lê Châu Thanh Dung, Số điện thoại: 0931812126

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại: Phòng Vật tư, thiết bị y tế - Số 03 đường Nơ Trang Long, phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh.

- Đồng thời nhà cung cấp gửi qua email: phongvttb.bvub@gmail.com (file scan và file excel của Báo giá).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 08h ngày 7. tháng 8 năm 2025 đến trước 16h30 ngày 18 tháng 8. năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 19. tháng 8. năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Xem tại phụ lục đính kèm

NỘI DUNG YÊU CẦU BẢO GIÁ
(Đính kèm yêu cầu báo giá ngày...5...tháng..8...năm 2025)

Stt	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Thông tin hệ thống: - Hệ thống xử lý nước R.O 1000 lít/giờ - Model: FORTUNE/WTS-RO-HD1000 - Hãng sản xuất: Fortune - Năm lắp đặt/ Năm sử dụng: 2021/2021 - Xuất xứ: Việt Nam - Trong đó, các hạng mục dịch vụ thực hiện như sau:	01	Dịch vụ	Bệnh viện Ung Bướu	12 tháng
1	Kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng nhân công cho hệ thống R.O 1000 lít/ giờ (03 tháng/ lần)	- Kiểm tra chất lượng nước nguồn đầu vào hệ thống. - Kiểm tra chất lượng nước mềm sau cụm thiết bị tiền xử lý - Kiểm định nước R.O đầu ra sau mỗi lần bảo trì. - Kiểm tra chất lượng nước đang sử dụng - Kiểm tra, bảo trì hệ thống R.O - Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật bị sai lệch trên toàn bộ thiết bị - Sửa chữa khắc phục các hư hỏng nhỏ. - Hỗ trợ sự cố kỹ thuật của hệ thống 24/7; thời gian đáp ứng trong vòng 1 giờ	04	Lần		
2	Tẩy rửa khử khuẩn (03 tháng/ lần)	- Xả rửa bồn chứa nước thô - Tẩy rửa khử khuẩn bồn chứa nước R.O - Tẩy rửa khử khuẩn hệ thống đường ống cấp nước R.O - Tẩy rửa bằng hóa chất phù hợp đảm bảo chất lượng - Kiểm tra: Đo hàm lượng Chlorine tồn dư	04	Lần		

3	Thay lõi lọc (03 tháng/ lần)	- Thay lõi lọc phù hợp với hệ thống R.O của bệnh viện - Số lượng lõi lọc: 05 lõi lọc cho mỗi lần thay, bao gồm + Loại kích thước lỗ thấm 5 micron, Φ 63mm, dài 508 mmm: 2 cái/lần thay + Loại kích thước lỗ thấm 1 micron, Φ 63mm, dài 508 mmm: 3 cái/lần thay - Xuất xứ: Korea	04	Lần		
4	Xúc rửa bằng muối NaCl hoặc tương đương (1 lần/ tuần)	Số lượng muối NaCl hoặc tương đương: Phù hợp với hệ thống xử lý nước R.O và đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.	48	Lần		
5	Xét nghiệm mẫu nước sau khi thực hiện bảo trì định kỳ (03 tháng/lần)	- Xét nghiệm mẫu nước định kỳ 03 tháng/lần. - Trung tâm kiểm nghiệm thực hiện.	04	Lần		

GIÁM ĐỐC



DIỆP BẢO TUẤN