

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 9 năm 2025

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ

Gói thầu “Sửa chữa giường điện khoa Điều trị tổng hợp (Tầng 7 cơ sở 1) và khoa Điều trị theo yêu cầu (Tầng 4A cơ sở 2)”

Bệnh viện Ung Bướu có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Sửa chữa giường điện khoa Điều trị tổng hợp (Tầng 7 cơ sở 1) và khoa Điều trị theo yêu cầu (Tầng 4A cơ sở 2)” theo nội dung khối lượng công việc đính kèm.

Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp báo giá theo mẫu báo giá đính kèm.

Đề nghị các đơn vị cung cấp gửi file excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đến địa chỉ email: baogiahcqt@gmail.com.

Hồ sơ báo giá gửi trực tiếp về địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Ung Bướu – Số 12, Đường 400, phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm:

- Bảng báo giá có hiệu lực;
- Quyết định trúng thầu hoặc Thông báo trúng thầu, Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có).

Thời gian nhận báo giá: từ ngày đăng thông báo trên website của Bệnh viện Ung Bướu đến 15h00 ngày 29 tháng 9 năm 2025.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị có quan tâm;
- Lưu: VT, HCQT (NHD).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Thiện Quỳnh Như



DANH MỤC VẬT TƯ

(Đính kèm thông báo yêu cầu báo giá ngày 23 tháng 9 năm 2025)

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng
	Sửa chữa giường điện khoa Điều trị tổng hợp và khoa Điều trị theo yêu cầu - Hãng sản xuất: Hillrom – Mỹ	Cái	36
01	- Sửa chữa thay thế linh kiện board mạch điều khiển - Chi tiết: Board mạch LINAK (designed in Denmark, Assembled in china), gồm: 01 mạch nguồn 230V, 01 bộ đổi nguồn DC, 01 mạch điều khiển chính. - Type: CB6S454+X100J or CB6S4X4+XX900 - Item: CB6171-01, CB900 0r S9343 – W/O # 940193-0688 - U In: 230V~50/60Hz - I In: Max. 1.6A - Int.: 10%, Max. 2 min./ 18 min. (at I Out=2,7A) - S.W.P/N: 2016003 Ver.1.4 IPX4 OBMe	26	Cái
02	- Thay thế pin/ Acquy điều khiển dùng nguồn DC. Chi tiết 1 bộ gồm 02 cái - Model: Vision CP1270E Việt Nam - Loại ắc quy: Ắc quy khô - Dung lượng: 7Ah - Điện áp ắc quy: 12V - Dòng xả tối đa: 5 giây (105A) - Số lượng cell: 6 - Nhiệt độ hoạt động: -20 độ C đến +60 độ C	36	Bộ
03	Sửa chữa thay thế linh kiện remote điều khiển	23	Bộ
04	- Sửa chữa thay thế linh kiện piston - Linak DK 6430 Nordborg - Type: 274130/1114504B - Item No.: 270711-00 - Max Load: Push 6000 N IPX4 - Power Rate: 24V ~/ Max: 5A - Duty Cycle: 10%, Max. 2min./18min	36	Bộ
05	Vệ sinh các tiếp điểm tiếp xúc giữa các sợi cáp và hộp chia tín hiệu.	36	Bộ
06	Vệ sinh không cho bốn bộ motor nâng hạ giường.	36	Bộ
07	Thanh chắn giường nhựa	02	Cái
08	Cây dịch truyền inox	14	Cây
09	- Nệm (Nhà sản xuất không cung cấp lẻ mà bộ theo giường điện) được thay thế bằng nệm cao su y tế - Việt Nam - Chất liệu lõi: Nệm cao su thiên nhiên (hoặc ruột bông ép, hoặc mousse cao cấp)	01	Cái

- Vỏ (áo) bọc ngoài: Vải Simili giả da - Màu sắc: xám (hoặc màu theo yêu cầu) - Kiểu dáng: Nệm gấp 2 hoặc thẳng - Mùi: Không mùi - Công nghệ: Khử mùi, thoát khí siêu phân luồng, tăng cường thoát khí, kháng khuẩn Nano Silver, Carbon lọc bụi - Phù hợp: Dùng trong các trung tâm cơ sở y tế, bệnh viện, trạm xá, phòng khám đa khoa, - Kích thước rộng: 90cm x 190cm x 1cm		
- Bảo hành tối thiểu 12 tháng. - Nhân công lắp đặt đảm bảo an toàn khi thực hiện công việc. - Giường hoạt động ổn định sau khi hoàn thành công việc.		