

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2025

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ

Gói thầu “Sửa chữa giường điện cho khoa Gây mê hồi sức”

Bệnh viện Ung Bướu có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Sửa chữa giường điện cho khoa Gây mê hồi sức” theo nội dung khối lượng công việc đính kèm.

Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp báo giá theo mẫu báo giá đính kèm.

Đề nghị các đơn vị cung cấp gửi file excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đến địa chỉ email: baogiahcqt@gmail.com.

Hồ sơ báo giá gửi trực tiếp về địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Ung Bướu – Số 12, Đường 400, phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm:

- Bảng báo giá có hiệu lực;
- Quyết định trúng thầu hoặc Thông báo trúng thầu, Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có).

Thời gian nhận báo giá: từ ngày đăng thông báo trên website của Bệnh viện Ung Bướu đến 15h00 ngày 23 tháng 9 năm 2025.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Các đơn vị có quan tâm;
- Lưu: VT, HCQT (NHD).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÒNG GIÁM ĐỐC


Lê Thiện Quỳnh Như



DANH MỤC VẬT TƯ

(Đính kèm thông báo yêu cầu báo giá ngày 17 tháng 9 năm 2025)

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng
01	Sửa chữa giường điện Hãng sản xuất: Hillrom – Mỹ * Công việc: Sửa chữa thay thế board mạch điều khiển: - Board mạch LINAK (designed in Denmark, Assembled in china), gồm: 01 mạch nguồn 230V, 01 bộ đổi nguồn DC, 01 mạch điều khiển chính. - Type: CB6S454+X100J or CB6S4X4+XX900 - Item: CB6171-01 CB900 Or S9343 – W/O # 940193-0688 - U In: 230V~50/60Hz; I In: Max. 1.6A - Int: 10%, Max. 2 min./ 18 min. (at I Out=2,7A) - S.W.P/N: 2016003 Ver.1.4 IPX4 OBMe * Sửa chữa thay thế pin/Acquy điều khiển dùng nguồn DC. * Vệ sinh các tiếp điểm tiếp xúc giữa cáp và hộp chia tín hiệu. * Vệ sinh không bộ motor nâng hạ giường.	Cái	11
- Bảo hành tối thiểu 12 tháng. - Nhân công lắp đặt đảm bảo an toàn khi thực hiện công việc. - Giường hoạt động ổn định sau khi hoàn thành công việc.			