

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU
Số: 7683 / TB-BVUB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 9 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Chủng loại mặt hàng: Tư vấn dịch vụ thẩm định giá

Kính Gửi: Các nhà cung cấp

Bệnh viện Ung Bướu có kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dịch vụ thẩm định giá gói thầu: “ **Sửa chữa giường điện khoa Điều trị tổng hợp (Tầng 7 cơ sở 1) và khoa Điều trị theo yêu cầu (tầng 4A cơ sở 2)** ”

Kính mời các đơn vị thẩm định giá quan tâm có khả năng thẩm định giá cung cấp báo giá theo mẫu báo giá đính kèm.

Đề nghị các đơn vị thẩm định giá cung cấp gửi file excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đến địa chỉ email: thamdinghiabvub@gmail.com

Hồ sơ báo giá gửi trực tiếp về địa chỉ: Phòng Tài Chính Kế Toán, Bệnh viện Ung Bướu Số 03, Đường Nơ Trang Long, phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm: bảng báo giá có hiệu lực (theo mẫu đính kèm).

Thời gian nhận báo giá: 05 ngày kể từ ngày đăng thông báo trên. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ...

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị có quan tâm;
- Lưu: VT, TC-KT (PTTH).



Lê Thiên Quỳnh Như

Tên nhà thầu:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Email:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Ung Bướu

Theo thông báo của Quý bệnh viện, Công ty chúng tôi xin gửi báo giá phí tư vấn dịch vụ thẩm định gói thầu sau:

STT	Nội dung công việc	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (bao gồm VAT) (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
1	Phí tư vấn dịch vụ thẩm định giá gói thầu: “Sửa chữa giường điện khoa Điều trị tổng hợp (Tầng 7 cơ sở 1) và khoa Điều trị theo yêu cầu (tầng 4A cơ sở 2)”	Gói	01			Bệnh viện Ung Bướu	Nhận dự thảo chứng thư thẩm định giá sau 5 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng
	Tổng cộng						

Ghi chú: Báo giá này có hiệu lực từ ngày.....đến ngày.....

Ngày ... tháng ... năm ...
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU
(Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)

DANH MỤC TƯ VẤN THẨM ĐỊNH GIÁ

**Gói thầu: Sửa chữa giường điện khoa Điều trị tổng hợp (Tầng 7 cơ sở 1) và
khoa Điều trị theo yêu cầu (tầng 4A cơ sở 2)**

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng
	Sửa chữa giường điện khoa Điều trị tổng hợp và khoa Điều trị theo yêu cầu - Hãng sản xuất: Hillrom – Mỹ	Cái	36
01	- Sửa chữa thay thế linh kiện board mạch điều khiển Chi tiết: Board mạch LINAK (designed in Denmark, Assembled in china), gồm: 01 mạch nguồn 230V, 01 bộ đổi nguồn DC, 01 mạch điều khiển chính. • Type: CB6S454+X100J or CB6S4X4+XX900 • Item: CB6171-01, CB900 or S9343 – W/O # 940193- 0688 • U In: 230V~50/60Hz • I In: Max. 1.6A • Int.: 10%, Max. 2 min./ 18 min. (at I Out=2,7A) • S.W.P/N: 2016003 Ver.1.4 IPX4 OBMe	26	Cái
02	- Thay thế pin/ Acquy điều khiển dùng nguồn DC. Chi tiết 1 bộ gồm 02 cái • Model: Vision CP1270E Việt Nam • Loại ắc quy: Ắc quy khô • Dung lượng: 7Ah • Điện áp ắc quy: 12V • Dòng xả tối đa: 5 giây (105A) • Số lượng cell: 6 • Nhiệt độ hoạt động: -20 độ C đến +60 độ C	36	Bộ
03	- Sửa chữa thay thế linh kiện remote điều khiển	23	Bộ
04	- Sửa chữa thay thế linh kiện piston • Linak DK 6430 Nordborg • Type: 274130/1114504B • Item No.: 270711-00 • Max Load: Push 6000 N IPX4 • Power Rate: 24V ~/ Max: 5A • Duty Cycle: 10%, Max. 2mim./18min	36	Bộ

05	- Vệ sinh các tiếp điểm tiếp xúc giữa các sợi cáp và hộp chia tín hiệu.	36	Bộ
06	- Vệ sinh nhông cho bốn bộ motor nâng hạ giường.	36	Bộ
07	- Thanh chắn giường nhựa	02	Cái
08	- Cây dịch truyền inox	14	Cây
09	- Nệm (Nhà sản xuất không cung cấp lẻ mà bộ theo giường điện) được thay thế bằng nệm cao su y tế - Việt Nam - Chất liệu lõi: Nệm cao su thiên nhiên (hoặc ruột bông ép, hoặc mousse cao cấp) - Vỏ (áo) bọc ngoài: Vải Simili giả da - Màu sắc: xám (hoặc màu theo yêu cầu) - Kiểu dáng: Nệm gấp 2 hoặc thẳng - Mùi: Không mùi - Công nghệ: Khử mùi, thoát khí siêu phân luồng, tăng cường thoát khí, kháng khuẩn Nano Silver, Carbon lọc bụi - Phù hợp: Dùng trong các trung tâm cơ sở y tế, bệnh viện, trạm xá, phòng khám đa khoa, - Kích thước rộng: 90cm x 190cm x 1cm	01	Cái
- Bảo hành tối thiểu 12 tháng. - Nhân công lắp đặt đảm bảo an toàn khi thực hiện công việc. - Giường hoạt động ổn định sau khi hoàn thành công việc.			