

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 9 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Gói thầu: Cung cấp lắp đặt bàn cắt lọc cho Khoa giải phẫu bệnh

Bệnh viện Ung Bướu có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp lắp đặt bàn cắt lọc cho Khoa giải phẫu bệnh”.

Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp báo giá theo mẫu báo giá đính kèm.

Đề nghị các đơn vị cung cấp gửi file excel/word và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đến địa chỉ email: baogiahcqt@gmail.com

Hồ sơ báo giá gửi trực tiếp về địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Ung Bướu – Số 12 đường 400, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh, bao gồm:

- Bảng báo giá có hiệu lực.

Thời gian nhận báo giá: kể từ ngày đăng yêu cầu báo giá trên website của Bệnh viện Ung Bướu đến 16 giờ 00 phút ngày 10 tháng 9 năm 2025.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Các đơn vị có quan tâm;
- Lưu: HCQT (ĐVN)/.



GIÁM ĐỐC


Diệp Bảo Tuấn

SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN UNG BƯỞU

DANH MỤC GÓI THẦU:
Cung cấp lắp đặt bàn cắt lọc cho Khoa giải phẫu bệnh

(Đính kèm theo yêu cầu báo giá ngày 03 tháng 9 năm 2025)

TT	Cấu hình kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Bàn cắt lọc bệnh phẩm (Bàn phẫu tích) dành cho 2 người I. CUNG CẤP BAO GỒM - Bàn chính bằng thép không gỉ: 01 cái - Lavabo: 01 cái - Phễu thu chất thải lỏng: 02 cái - Vòi nước di động: 02 cái - Vòi nước tay gạt: 02 cái - Thùng rác: 02 cái - Thước đo cố định trên mặt bàn: 02 cái - Cửa kính đối trọng: 01 cái - Thanh nam châm giữ dụng cụ: 02 cái - Thớt nhựa: 02 cái - Đèn chiếu sáng: 03 cái - Tấm lọc than hoạt tính: 01 bộ - Quạt hút: 01 cái - Camera: 02 cái - Màn hình hiển thị hình ảnh từ camera 02 cái - Máy nghiền rác: 01 cái - Ống xả nước vệ sinh máng: 01 bộ II. THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Bàn được thiết kế bằng thép không gỉ 316 ở khu vực làm việc và 304 ở các khu vực khác giúp thiết bị chắc chắn, bền với hoá chất và không bị lung lay trong quá trình cắt lọc. - Kích thước ngoài (WxDxH): 1840x900x2400 mm (phù hợp cho 2 người sử dụng) - Chiều cao mặt bàn làm việc so với mặt đất: 900 mm *MẶT BÀN LÀM VIỆC: - Mâm dập có lỗ ghép để thoát nước, số lượng 2 cái, kích thước mỗi mâm 45x45cm, có thể tháo rời được để vệ sinh. Được bố trí đều 2 bên để 2 người có thể làm việc cùng lúc. - Mâm rửa kích thước 30x45cm bố trí ở giữa mặt bàn làm việc. - Thùng rác inox thiết kế âm bàn, có gờ cao giúp tránh tràn nước, có nắp ngăn mùi. - Cốc chứa formol được đặt ở vị trí phía trên mặt bàn làm việc, có nắp đậy an toàn. - Vòi nước dạng đập chân bằng inox 304, trang bị hai bên cho hai người thao tác. - Vòi nước dạng xịt bằng inox 304, trang bị hai bên cho hai người thao tác. - Kính phước trước bằng kính cường lực 5mm, có thể kéo lên xuống bằng hệ thống đối trọng phía sau tủ, dừng được ở vị trí mong muốn. Khi không thao tác có thể che hết khu vực làm việc của bàn. - Thớt nhựa kích thước 300x400mm, dày 10mm. - Thanh nam châm giữ dụng cụ phẫu tích. - Trên mặt bàn trang bị thước đo bằng thép không gỉ 316, dài 50	Bàn	02

TT	Cấu hình kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
	cm, giúp đo và căn chỉnh mẫu cắt. - Phía trên mặt bàn làm việc có 1 kệ để chứa dụng cụ cắt lọc. - Đèn LED âm trần Panasonic ánh sáng trắng chiếu sáng khu vực làm việc: 03 cái, đảm bảo ánh sáng cho khu vực làm việc. - Công tắc đèn chiếu sáng được bố trí 2 bên trước mặt bàn làm việc, được đầu theo mạch điện cầu thang để thao tác viên chỉ cần đứng 1 bên cũng có thể điều khiển tắt/ mở tùy ý. - Đèn thao tác cổ ngỗng được gắn tại vị trí cắt gọt mẫu, dài 1,2m giúp thao tác viên có thể di chuyển đèn đến vị trí mong muốn. - Camera ghi hình kèm giá đỡ (2 cái): Camera màu SONY 1080p, độ phân giải 1080p, có kết nối USB - Màn hình cảm ứng 11 inch được gắn ở đối diện thao tác viên để theo dõi, số lượng: 2 cái - Phía dưới bồn rửa trang bị phễu thu chất thải: + Chất liệu thép không gỉ 304, dày 1mm. + Tháo rời được để vệ sinh khi cần. + Có gờ cao tránh nước tràn vào. + Đường kính phễu 100mm - Bình chứa formol được lắp dưới bàn, dung tích 5L hoặc có nắp vận phù hợp với loại bình chứa 5L. - Formol được bơm lên bằng máy bơm hóa chất 100W, sử dụng công tắc điều khiển phía trước mặt bàn làm việc *HỆ THỐNG KHÍ THẢI: - Kết nối ống xả khí với hệ thống xả khí của tòa nhà - Khí thải bên trong bàn được lọc qua tấm lọc than hoạt tính - Kích thước tấm lọc: 360x800x50 mm, dễ dàng thay thế - Phần lọc khí qua tấm lọc than hoạt tính được bố trí gần với mặt bàn để tránh hoá chất bay lên cao - Quạt hút gắn bên ngoài bàn và phù hợp với đường ống xả của tòa nhà + Công suất: 370W + Lưu lượng: 2100m³/h + Áp suất: 750Pa - Đường ống hút dài ~20 m (tùy vào vị trí đặt máy và hệ thống thoát khí), đường kính 200 mm *HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC: - Nước thải và mẫu bệnh phẩm sẽ rơi từ mặt bàn làm việc xuống máng hứng (được thiết kế nghiêng) và được nước xả đẩy về phía phễu thu chất thải và đi qua máy nghiền trước khi đi vào đường ống nước thải. - Máy nghiền chất thải: + Chất liệu chống gỉ + Công suất motor: 1HP + Điện áp sử dụng: 220~240V + Dung tích: 1400 mL + Bộ đảo quay chiều tự động giúp nghiền nát hoàn toàn rác thải. - Ống thoát nước dài 2m, vật liệu HDPE Ø42mm		



