

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Ung Bướu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu **Phi tư vấn Kiểm định, Hiệu chuẩn các thiết bị tại Bệnh viện Ung Bướu năm 2026** theo Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ Lao động thương binh xã hội, Thông tư 07/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Bộ Khoa học Công nghệ và Tiêu chuẩn ISO/IEC17025:2017. Kính mời các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm và chức năng phù hợp vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung Bướu.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - CV. Lê Châu Thanh Dung - Số điện thoại: 0931812126
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại: Phòng Vật tư, thiết bị y tế - Số 03 đường Nơ Trang Long, phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Đồng thời nhà cung cấp gửi qua email: phongvttb.bvub@gmail.com (file scan và file excel của Báo giá).

(Lưu ý: Khi gửi Báo giá, nhà thầu gửi theo đúng tên gói thầu đã đăng)

- Thời hạn tiếp nhận báo giá:
Từ 8 giờ 30 phút ngày 13 tháng 02 năm 2026 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 21 tháng 02 năm 2026

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá:



Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 27 tháng 02 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Nhà thầu xem tại Bảng bên dưới (*đính kèm*)

III. Ghi chú:

- Nhà thầu có thể chào giá một hoặc nhiều hạng mục (tương ứng với mỗi STT trong bảng) và đảm bảo có khả năng thực hiện cho tất cả thiết bị trong hạng mục mà mình tham dự.

- Hồ sơ bắt buộc khi gửi yêu cầu chào giá:

- Nhà thầu đính kèm hồ sơ năng lực gồm: Tối thiểu 01 bản sao công chứng/chứng thực hợp đồng đã thực hiện trong vòng 12 tháng tính từ ngày hiệu lực của báo giá, có tính chất tương tự: Dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn cho thiết bị, phương tiện đo, đính kèm hóa đơn thực hiện. Trường hợp dịch vụ tương tự không có hợp đồng, nhà thầu cung cấp bản hóa đơn đã thực hiện dịch vụ tương tự trong vòng 12 tháng trước đó kể từ ngày hiệu lực của báo giá có đóng mộc.

- 01 bản sao công chứng/chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- Hồ sơ năng lực chứng minh có khả năng thực hiện dịch vụ theo yêu cầu. *z*

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: TBYT (TD)

GIÁM ĐỐC



Diệp Bảo Tuấn

BẢNG NỘI DUNG YÊU CẦU CHÀO GIÁ
(Đính kèm Yêu cầu chào giá ngày tháng năm 2026)

Stt	Danh mục dịch vụ	Nội dung dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
1	Kiểm định 13 Thiết bị theo Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ Lao động thương binh xã hội	<p>1) Thông tin thiết bị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 05 Máy hấp tiệt trùng 2 cửa, dung tích \geq 500 lít, Model GSS67H - 02 Nồi hấp tiệt trùng nhanh dung tích \geq 20 lít, Model K - series (K7+) - 02 Đồng hồ đo áp suất - 02 Van đo an toàn - 01 Nồi hấp y tế - 01 Bình chịu áp lực 120 lít <p>2) Yêu cầu dịch vụ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dịch vụ Kiểm định phải đáp ứng được theo quy định Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ Lao động thương binh xã hội - Đơn vị thực hiện phải có đủ năng lực, cung cấp được hồ sơ năng lực kèm phụ lục công nhận được phép cấp chứng nhận. - Sau khi thực hiện, công ty dán tem đã kiểm định thiết bị có thể hiện ngày thực hiện và ngày đến hạn tiếp theo, cung cấp các hồ sơ xác nhận đã kiểm định thiết bị kèm theo. Kết quả kiểm định, phải được cấp dưới dạng biên bản hoặc giấy chứng nhận hợp lệ. 	05	Dịch vụ	Bệnh viện Ung Bướu	90 ngày
2	Kiểm định 01 Nồi hấp theo tiêu chuẩn ISO/IEC17025	<p>1) Thông tin thiết bị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 nồi hấp <p>2) Yêu cầu dịch vụ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dịch vụ kiểm định phải đáp ứng được theo tiêu chuẩn ISO/IEC17025:2017 - Đơn vị thực hiện phải có đủ năng lực, được phép cấp chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC17025 	01	Dịch vụ	Bệnh viện Ung Bướu	90 ngày

Stt	Danh mục dịch vụ	Nội dung dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
		<ul style="list-style-type: none"> - Sau khi thực hiện, công ty dán tem đã kiểm định thiết bị có thể hiện ngày thực hiện và ngày đến hạn tiếp theo, cung cấp các hồ sơ xác nhận đã kiểm định thiết bị kèm theo. 				
3	<p>Hiệu chuẩn 01 hệ thống và 08 phương tiện đo Theo Thông tư 07/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Bộ Khoa học Công nghệ</p>	<p>1) Thông tin thiết bị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 Hệ thống giám sát và cảnh báo nhiệt độ ẩm trung tâm 17 vị trí có chức năng cảnh báo qua SMS và email bao gồm 11 bộ nhiệt độ và 06 bộ nhiệt ẩm độ - 01 Cân sức khỏe (phân tích chỉ số BMI Inbody) - 05 Nhiệt kế điện tử - 01 Nhiệt kế tủ - 01 Nhiệt kế rượy <p>2) Yêu cầu dịch vụ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhà thầu phải có Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường đối với dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo nhóm 2 và còn hiệu lực theo quy định của pháp luật. - Dịch vụ hiệu chuẩn phải đáp ứng được theo quy định Thông tư 07/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Bộ Khoa học Công nghệ - Nhà thầu phải có đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ và phương tiện phục vụ công tác kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo nhóm 2 theo quy định của pháp luật. Nhà thầu phải cung cấp chứng nhận hiệu chuẩn hợp lệ cho các phương tiện đo lường. - Quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo nhóm 2 phải tuân theo các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc tế tương ứng. - Kết quả hiệu chuẩn phải được cấp dưới dạng biên bản hoặc giấy chứng nhận hợp lệ, kèm theo tem niêm phong trên thiết bị 	09	Dịch vụ	Bệnh viện Ung Bướu	90 ngày

Stt	Danh mục dịch vụ	Nội dung dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
4	Kiểm định 12 phương tiện đo Theo Thông tư 07/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Bộ Khoa học Công nghệ	<p>1) Thông tin thiết bị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 05 Huyết áp điện tử - 02 Huyết áp cơ - 01 Máy đo SpO2 - 04 Áp kế oxy <p>2) Yêu cầu dịch vụ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhà thầu phải có Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường đối với dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo nhóm 2 và còn hiệu lực theo quy định của pháp luật. - Dịch vụ hiệu chuẩn phải đáp ứng được theo quy định Thông tư 07/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Bộ Khoa học Công nghệ - Nhà thầu phải có đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ và phương tiện phục vụ công tác kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo nhóm 2 theo quy định của pháp luật. Nhà thầu phải cung cấp chứng nhận hiệu chuẩn hợp lệ cho các phương tiện đo lường. - Quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo nhóm 2 phải tuân theo các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc tế tương ứng. - Kết quả kiểm định phải được cấp dưới dạng biên bản hoặc giấy chứng nhận hợp lệ, kèm theo tem niêm phong trên thiết bị 	12	Dịch vụ	Bệnh viện Ung Bướu	90 ngày